

# Kúpna zmluva č. Z201922633\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach  
Sídlo: Nemocničná 2, 97201 Bojnice, Slovenská republika  
IČO: 17335795  
DIČ: 2021163276  
IČ DPH: SK2021163276  
Číslo účtu: SK32 8180 0000 0070 0051 0360  
Telefón: 0905444729

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MG - Slovakia s.r.o.  
Sídlo: Hurbanova 3130/9, 91601 Stará Turá, Slovenská republika  
IČO: 48027073  
DIČ: 2024182809  
IČ DPH: SK2024182809  
Číslo účtu: SK0811000000002940464859  
Telefón: 0915898652

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: parný sterilizátor s príslušenstvom  
Kľúčové slová: autokláv, sterilizátor, dvojdvierový, parný  
CPV: 33191110-9 - Autoklávy; 33191100-6 - Sterilizátory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: parný sterilizátor HP s objemom 160l - dvojdvierový

| Funkcia                                                                                                               |                         |         |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------------|
| parný sterilizátor určený pre sterilizáciu pevných, poréznych, plastových materiálov a roztokov v otvorených fľašiach |                         |         |         |               |
| Technické vlastnosti                                                                                                  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne        |
| objem komory                                                                                                          | liter                   |         |         | 160           |
| počet sterilizačných jednotiek                                                                                        | STJ                     |         |         | 2             |
| vonkajšie rozmery ( v x š x h )                                                                                       | mm                      |         |         | 1720x690x1020 |
| vnútorné rozmery (v x š x h )                                                                                         | mm                      |         |         | 670x350x700   |
| farebný dotykový display (touch-screen)                                                                               | palec                   |         |         | 8,2           |
| úpravovňa vody - reverzná osmóza so zmäččovačom vody                                                                  | ks                      |         |         | 1             |
| transportný vozík                                                                                                     | ks                      |         |         | 2             |
| zavážací vozík                                                                                                        | ks                      |         |         | 1             |
| Technické vlastnosti                                                                                                  | Hodnota/Charakteristika |         |         |               |

|                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| parný sterilizátor s dvojdvérovým prevedením                                                                            | áno |
| horizontálny posun dverí                                                                                                | áno |
| zabudovaný vlastný vyvíjač pary                                                                                         | áno |
| automatický systém uzatvárania a zatesňovania dverí                                                                     | áno |
| komora vyrobená z nehrdzavejúcej ocele                                                                                  | áno |
| automatické mikroprocesorové PLC riadiace systémy Master - Slave s funkciou "total stop"                                | áno |
| chybový protokol so zápisom všetkých parametrov v okamihu závady                                                        | áno |
| funkcia archivácie 10tich posledných sterilizačných cyklov                                                              | áno |
| v základnom programovom vybavení 20 štandardných programov                                                              | áno |
| možnosť zabudovania tlačiarne pre dokumentáciu sterilizačných cyklov                                                    | áno |
| zariadenie musí byť kompatibilné so súčasným stavom centrálnej sterilizácie (súčasný parný sterilizátor Sterivap 669-2) | áno |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia, inštalácie a zaškolenia personálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Predložená cena je konečná, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním, inštaláciou a zaškolením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvného vzťahu bez vyzvania objednávateľa, doručiť kontaktnej osobe objednávateľa elektronickou formou:                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a) aktualizovaný rozpočet cien s uvedením: jednotková cena v EUR bez DPH, sadzba DPH v %, jednotková cena v EUR s DPH, celková cena predmetu zákazky v EUR bez DPH, celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH. V predloženom rozpočte je dodávateľ povinný uviesť kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.                                                                                                                |
| b) funkčnú a technickú špecifikáciu, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky. Uvedenie presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov, Všetky doklady musia byť predložené v slovenskom, resp. českom jazyku.                                                                                                                                                    |
| c) minimálne 5 referencií za posledné 3 roky na území Slovenskej republiky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| d) doklady k riadnemu užívaniu predmetu zákazky (certifikáty, doklady o zhode, návod v slovenskom jazyku, pasporty tlakových nádob a pod.), protokol o prevzatí/inštalácii protokol, záručný list... Všetky doklady musia byť predložené v slovenskom, resp. českom jazyku.                                                                                                                                                              |
| e) Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| f) Požadujeme nasledovné doklady o odbornej spôsobilosti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - oprávnenie firmy o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 124/2006, §14 a §15 na nasledovný druh činnosti: S- odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických tlakových zariadení, Technické zariadenia tlakové skupiny Ab1, b2, Bb1, b2, f1. O - oprava vyhradených technických zariadení elektrických, OU - oprava a údržba, R -rekonštrukcia, M- montáž, Technické zariadenia elektrické do 1 000V, trieda objektov - A          |
| - Oprávnenie na technika - Doklad o overení odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 124/2016, §16 na činnosť: O- oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradených technických zariadení podľa §18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. . V rozsahu tlakové zariadenia skupina A - b1, b2. V rozsahu tlakové zariadenia skupina B - B1,b2 a f                                                                                                               |
| - Osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa zákona č. 508/2009 Z. z. § 22 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V prípade, ak dodávateľ má v úmysle zadať časť plnenia subdodávateľovi, je povinný postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami OPET a zákona o VO. Nepredložením požadovaného dokladu má objednávateľ za to, že dodávateľ nemá v úmysle zadať časť plnenia subdodávateľovi                                                                                                                                                           |
| Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak v momente uzavretia zmluvy nie je Dodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a k zápisu do tohto registra nedôjde do 30 dní od momentu uzavretia zmluvy alebo bol vymazaný z Registru partnerov verejného sektora v dobe trvania zmluvy.                                                                                        |
| Predmet plnenia musí spĺňať všetky požadované technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii. Nevyhnutná je plnohodnotná kompatibilita s existujúcou sterilizačnou prístrojovou technikou (Sterivap 669-2) resp. sterilizačnou infraštruktúrou, v záujme zabezpečenia plynulej a bezproblémovej prevádzky pracoviska. Taktiež je nevyhnutné softvérové prepojenie a plnohodnotná komunikácia s nemocničným informačným systémom. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nesplnenie ktorejkoľvek požiadavky na plnenie bude objednávateľ považovať za nesplnenie kvalifikačných, odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Požaduje sa záruka minimálne 24 mesiacov. Počas záručnej lehoty bezplatné poskytnutie autorizovaného záručného servisu a bezplatnej opravy predmetu zmluvy. Počas trvania záručnej doby dodávateľ vykoná bezplatne preventívne prehliadky vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu.                                                                                                                                                                                                                           |
| Doba nástupu servisného technika na opravu do 24 hodín. Oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 48 hodín. Oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 72 hodín.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Požadujeme zabezpečenie náhradných dielov 10 rokov od ukončenia výroby uvedeného typu prístroja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..                                  |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| V prípade, že vymedzenie predmetu tejto zmluvy, jej opis alebo technické špecifikácie odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje ekvivalentné riešenie/variant. Dodávateľ je v prípade predloženia ekvivalentu povinný preukázať zhodu s minimálnymi požadovanými parametrami uvedenými v technickej špecifikácii k predmetu plnenia za splnenia podmienky neprekročenia maximálnych parametrov.                                    |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

#### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Štát:  | Slovenská republika |
| Kraj:  | Trenčiansky         |
| Okres: | Prievidza           |
| Obec:  | Bojnice             |
| Ulica: | Nemocničná 2        |

#### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.07.2019 08:00:00 - 16.08.2019 12:00:00

#### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Jednotka:            | celok  |
| Požadované množstvo: | 1,0000 |

#### 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

#### 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 54 707,99 EUR

#### 4.2 Sadzba DPH: 20,00

#### 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 65 649,59 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 22.07.2019 12:38:01

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

MG - Slovakia s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska